Ligateur SmartBand™

NON STERILE

➢ DISTRIBUTEUR

LIFE PARTNERS EUROPE 161 avenue Gallieni – 93170 Bagnolet Tél. : 01 49 88 01 01 / Fax : 01 48 59 70 72 E-mail : life@lifeurope.com **Site Internet : www.lifeurope.com**	**Correspondant matériovigilance** Responsable qualité Tél. : 01 49 88 01 01 Fax : 01 49 88 83 45 E-mail : quality@lifeurope.com

➢ INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Ligateur SmartBand™

Le ligateur à varices se compose d'une poignée fonctionnelle permettant :
- Un montage simple directement sur l'endoscope,
- Un largage intuitif des élastiques par rotation unidirectionnelle,
- Une irrigation immédiate grâce à un port dédié et «éloignée» grâce à une tubulure d'irrigation.

Le ligateur dispose de 6 élastiques ayant une force de rétention élevée avec une concentration en latex réduite.
Le tir-fil permet une remontée du fil rapide et sûre grâce à sa mémoire de forme (technologie Perma-Coil)
Une recharge est disponible séparément lorsque plus de 6 élastiques sont nécessaires.

Le ligateur s'adapte à tous les endoscopes Olympus et Fujinon.

Indications : cet appareil est utilisé pour ligaturer les varices oesophagiennes par endoscopie au niveau de la jonction gastro-oesophagienne ou au-dessus de celle-ci, et pour ligaturer les hémorroïdes internes.

Référence	Description	Nombre d'élastiques	Longueur du fil à nœuds	Diamètre canal opérateur	Diamètre de l'endoscope
IE11002	**Kit complet :** poignée, tire-fil, tubulure d'irrigation, cap de 6 élastiques avec fil de largage	6 (le 5ème est de couleur différente)	142 cm	2,8 mm	8,6 à 11,6 mm
IE11001	**Recharge :** cap de 6 élastiques avec fil de largage	6 (le 5ème est de couleur différente)	142 cm	2,8 mm	8,6 à 11,6 mm

Unité de commande = Quantité minimale de livraison (QML) : **1**
Type d'emballage individuel : **Sachet plastique résistant aux UV**

Dispositif médical de classe IIa - Fabriqué par Intelligent Endoscopy (Etats-Unis) - Marquage CE accordé par TUV NORD, N° d'organisme : 0044 - Sécurité d'utilisation, conseils d'utilisation (mode d'emploi, précaution et contre-indications) : Consulter la notice - Dispositif non pris en charge par les assurances maladies

➢ INFORMATIONS TECHNIQUES

Matériaux :
Non communiqué

Présence de :

Latex :	☑ Oui	☐ Non
Produit d'origine animale :	☐ Oui	☑ Non
PVC :	☑ Oui	☐ Non
Phtalate et DEHP :	☐ Oui	☑ Non
Bisphénol A :	☐ Oui	☑ Non

Stérilité :

Stérile :	☐ Oui ☑ Non
Mode de stérilisation :	Non stérile
Nombre d'utilisations :	Usage Unique

Conservation :

Conditions de conservation:	-
Durée de péremption :	2 ans

Autres données :
Code GMDN : 46680

Présence d'un code barre :	☑ GS1-128	☐ HIBC	☐ Non
Avec les informations :	☑ Référence	☑ N° de lot	☑ Date de péremption

Utilisation :
Sécurité d'utilisation : cf. Notice
Conseils d'utilisation (mode d'emploi, précaution et contre-indications) : cf. Notice
Indications (destination marquage CE) : cf. Notice

Fabricant :

Fabricant :	Intelligent Endoscopy
Pays :	États-Unis

Marquage CE :
Marquage CE accordé par TUV NORD, N° d'organisme : 0044
Selon la directive Européenne 93/42/CEE
Dispositif médical de classe IIa, selon l'annexe II.